

Prüfanleitung

Mikrobiologische Überprüfung von Tuchspendersystemen

Vorbemerkung

Diese Prüfanleitung dient als Hilfestellung bei der Durchführung der mikrobiologischen Überprüfung von Tuchspendersystemen.

Gesetzliche und fachliche Grundlagen zur Überprüfung

- Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ 2022
- Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission des Verbundes für angewandte Hygiene. Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil 2013
- MIQ 23, Qualitätsstandards in der mikrobiologisch-infektiologischen Diagnostik der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM), Krankenhaushygienische Untersuchungen, Kap. 2018

Inhalt des Prüfsets

1	sterile Einmal-Spritze
1	steriles Probengefäß
	Transportbeutel, Proben-Begleitschein, Rücksende-Etikett

Lagerung der Prüfmaterialien:

Lagerung: bei Raumtemperatur

Haltbarkeit: siehe Aufdruck, die Prüfmaterialien müssen vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums im Labor eintreffen.

Vor Ort wird zusätzlich benötigt:

- Händedesinfektionsmittel
- medizinische Einmalhandschuhe, ggf. Einmalschürze bzw. Schutzkittel
- wasserfester Stift

Achtung: Die Probenahme soll durch geschultes Personal durchgeführt werden.

Durchführung der Prüfung

Vor dem Anlegen und nach dem Ablegen der Einmalhandschuhe ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich.

1. Begleitschein bitte vollständig ausfüllen
2. Der Tuchspender muss gemäß der Herstellerangabe mit ausreichend Desinfektionsmittellösung befüllt sein.
3. Der Tuchspender soll am Ende der Standzeit (Herstellerangaben beachten) oder nach Entnahme des letzten Tuches überprüft werden.
4. Bitte 10 ml Desinfektionslösung mittels der mitgelieferten sterilen Spritze kontaminationsfrei aus dem Eimer entnehmen.
5. 10 ml Desinfektionsmittellösung in das mitgelieferte sterile Probengefäß geben und verschließen.
6. Probengefäße + Begleitschein an das Labor senden (Adresse siehe unten)

Probenlagerung und Transport

Lagerung der Proben bis zum Versand: siehe Punkt Lagerungsbedingungen.

Die Probengefäße können ungekühlt an unser Labor zurückgesendet werden, dabei sollte ein längerer Transport über das Wochenende oder Feiertage vermieden werden. Wir empfehlen die Probenahme am Wochenanfang vorzunehmen. So wird vermieden, dass der Transport der Probe ins Labor über das Wochenende verlängert erfolgt, was einen negativen Einfluss auf die Qualität haben kann.

Rücksendeadresse

Normec Hybeta GmbH
Labor, Nevinghoff 20
48147 Münster

Auswertung

Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie den Prüfbericht.

Achtung: Der Transport und die Probenahme sind nicht Teil der akkreditierten Leistung des Labors.

Die aktuellen Prüfanleitungen finden Sie auf unserer Homepage <https://normec-hybeta.com/downloads/>